

NO.26.17.2.2020

Radom, 2020-10-02

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer referencyjny postępowania: **ZO/17/2020**

Nazwa zadania: ***Dostawa zestawu do wykonywania badań nieniszczących***


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie: *Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kamery termowizyjnej o wadze bez obiektywu 3,7 kg oraz wymiarach 226 x 117 x 135 mm ?*

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowaną wagę i wymiary kamery.

Z poważaniem

Główny Specjalista
ds. Planowania i Zamówień Publicznych


mgr inż. **Wojciech Karsznia**